



## MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA

Brno, 14. července 2011  
Č. j. MU/42911/2011/LF

Veřejná zakázka

„**Mechanické laboratorní přístroje pro Lékařskou fakultu MU**“ – dodatečné informace  
k zadávacím podmínkám č.1 pro část č.4 veřejné zakázky

Vážená paní, vážený pane,

Masarykova univerzita, veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku, se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno (dále jen "**zadavatel**"), si dovoluje na základě žádosti dle §49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vydat tuto dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám pro část 4 veřejné zakázky:

### **Otázka:**

„...část 4. – přístroj na přípravu ultračisté vody

- Je možné místo dvou zásobníků na 5 a 20 litrů mít jeden vestavěný na 25 litrů?...“

### **Odpověď:**

Jestliže nabízený přístroj umožňuje připravit vodu ve kvalitě minimálně na úrovni požadované v zadávací dokumentaci v příloze C, připouští zadavatel možnost dodat místo vestavěného zásobníku na min.5 l a externího zásobníku na min.20 l demineralizované vody, jeden vestavěný zásobník na min. 25 l.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají nezměněny.

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.  
děkan LF MU

