



## MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA

Brno, 25. července 2011  
Č. j. MU/45018/2011/LF

Veřejná zakázka:

„**Mechanické laboratorní přístroje pro Lékařskou fakultu MU**“ – dodatečné informace  
k zadávacím podmínkám č.3 pro část č.1 veřejné zakázky

Vážená paní, vážený pane,

Masarykova univerzita, veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku, se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno (dále jen "**zadavatel**"), si dovoluje na základě žádosti o dodatečné informace dle §49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vydat tuto dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám pro části 1 veřejné zakázky:

### *Pro část 1 Centrifuga chlazená*

#### Otázka č.1

„Vzhledem k tomu, že se v laboratoři napoužívají metody, vyžadující  $-20^{\circ}\text{C}$  a navíc tento údaj nezaručuje nízkou teplotu rotoru během centrifugace, žádáme tímto o zmírnění tohoto parametru na  $-10^{\circ}\text{C}$  nebo uvedení požadované nejnižší teploty každého rotoru při jeho maximálních otáčkách. Domníváme se, že při trvání na tomto parametru ze strany zadavatele, by mohlo být uvedené zadání považováno za diskriminační.“

#### Odpověď:

Zadavatel se rozhodl upravit technickou specifikaci přístroje uvedenou příloze C zadávací dokumentace:

...Teplotní rozsah:

- dolní hranice: nejvýše  $-10^{\circ}\text{C}$  (zadavatel, tedy připouští dolní hranici:  $-15^{\circ}\text{C}$ ,  $-20^{\circ}\text{C}$  aj, nejvýše však  $-10^{\circ}\text{C}$ )
- horní hranice:  $+40^{\circ}\text{C}$  ...

Současně se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek pro část č.1 veřejné zakázky. Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 25. 8. 2011 do 10:00 hod. se prodlužuje **do 5. 9. 2011 do 10:00 hod.** Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **5.9. 2011 ve 12:00 hod.** na kontaktní adrese zadavatele, na kontaktní adrese zadavatele, tj. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, budova A17, Kamenice 5, 625 00 Brno, v místnosti 305.

Ostatní zadávací podmínky pro část 1 veřejné zakázky zůstávají nezměněny.

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.  
děkan LF MU

