

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

veřejné zakázky malého rozsahu

„Univerzitní kampus Bohunice - centrifugy“

Zadavatel:

**Masarykova univerzita,
veřejná vysoká škola založená zákonem č. 50/1919 Sb.,
nezapisuje se do obchodního rejstříku,
se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno,
kontaktní osoba Ing. Jiří Richter, richter@rect.muni.cz, tel. 549 49 6898**

V Brně dne 31.8.2011

1. Preambule

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako souhrn údajů, požadavků a technických podmínek Zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro vypracování a podání nabídky (dále jen „Zadávací dokumentace“) na plnění **veřejné zakázky malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách** (dále jen „Zákon“). V souladu s ustanovením § 18 odst. 3 Zákona není tato veřejná zakázka malého rozsahu zadávána postupem podle Zákona.

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána elektronicky, veškeré úkony je tedy možné provádět elektronicky vyjma předložení Informace o kvalifikaci a podání nabídky (viz bod 8 této Zadávací dokumentace). V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání systému elektronického zadávání E-ZAK dostupného na webové stránce <https://zakazky.muni.cz/> kontaktujte, prosím, Mgr. Vladimíra Ficence, e-mail: ficenec@rect.muni.cz, tel.: 549495511.

Dodavatelem se v Zadávací dokumentaci rozumí právnická nebo fyzická osoba, která dodává zboží, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel, který je zahraniční osobou podle § 21 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Uchazečem se v Zadávací dokumentaci rozumí dodavatel, který ve stanovené době podal nabídku.

Poskytnutá Zadávací dokumentace se stává majetkem dodavatele a nemusí být Zadavateli vrácena. Dodavatel smí Zadávací dokumentaci použít pouze pro účely zpracování Informace o kvalifikaci a nabídky pro tuto veřejnou zakázku.

Veřejná zakázka je členěna na části. **Dodavatel je oprávněn podat nabídku na plnění všech nebo některých částí veřejné zakázky nebo jen na plnění jedné části veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1.090.000,- Kč bez DPH, z toho**

- | | |
|--|-----------------------|
| • část 1 veřejné zakázky – chlazená centrifuga | 150.000,- Kč bez DPH, |
| • část 2 veřejné zakázky - stolní chlazená centrifuga | 570.000,- Kč bez DPH |
| • část 3 veřejné zakázky – rotory ke stávajícím centrifugám Beckman Avanti | 370.000,- Kč bez DPH. |

Zadavatel doporučuje, aby se dodavatel před podáním nabídky podrobně seznámil s kompletní Zadávací dokumentací a vyjasnit si prostřednictvím žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám ještě před předložením Informace o kvalifikaci a podáním nabídky případné nejasnosti.

2. Předmět veřejné zakázky

2.1 Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávka, instalace a uvedení do provozu přístrojů specifikovaných v příloze č. 1 Zadávací dokumentace provedené za obchodních podmínek specifikovaných v příloze č. 2 Zadávací dokumentace.

2.2 Technické podmínky

Pro provedení dodávky, instalace a uvedení přístrojů do provozu jsou závazné technické specifikace uvedené v příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

2.3 Obchodní podmínky

Provedení dodávky, instalace a uvedení přístrojů do provozu je požadováno za obchodních podmínek dle přílohy č. 2 Zadávací dokumentace podrobně specifikovaných v předloze návrhu smlouvy uvedené v příloze č. 4 Zadávací dokumentace. **Obchodní podmínky jsou pro uchazeče závazné a nemohou být žádným způsobem měněny či doplňovány.**

2.4 Dodatečné informace k Zadávací dokumentaci

Dodavatel je oprávněn požadovat po Zadavateli dodatečné informace k Zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná (pomocí elektronického systému zadávání veřejných zakázek MU E-ZAK) a musí být Zadavateli doručena nejpozději 5.9.2011 do 16.00 hodin.

Na základě žádosti o dodatečné informace k Zadávací dokumentaci doručené ve stanovené lhůtě Zadavatel poskytne dodavateli s využitím elektronického systému zadávání veřejných zakázek MU E-ZAK dodatečné informace k Zadávací dokumentaci, které odešle nejpozději druhý pracovní den následující po obdržení žádosti. Dodatečné informace včetně přesného znění žádosti poskytne zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a dodavatelům, kteří o poskytnutí zadávací dokumentace požádali.

Zadavatel je oprávněn poskytnout dodatečné informace k Zadávací dokumentaci z vlastního podnětu, které odešle dodavateli nejpozději 5.9.2011.

3. Lhůta a místo pro plnění veřejné zakázky

Místem plnění je zadavatelem určená místnost v Univerzitním kampusu Bohunice, Kamenice 5, Brno,

Požadovaný termín plnění veřejné zakázky je co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů po dni podpisu smlouvy (lhůta je dána termínem, do kterého má zadavatel k dispozici prostředky pro financování nákupu).

4. Kvalifikace dodavatele

Zadavatel stanovuje jako požadavky na kvalifikaci dodavatele:

- splnění základních kvalifikačních předpokladů
- splnění profesních kvalifikačních předpokladů
- splnění technického kvalifikačního předpokladu

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o

- účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
 - c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
 - d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
 - e) který není v likvidaci,
 - f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
 - g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
 - h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
 - i) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
- .

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel čestným prohlášením, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem (doporučená předloha prohlášení je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace).

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

Technickým kvalifikačním předpokladem je provedení nejméně tří dodávek přístrojů s parametry odpovídajícími nejméně parametrům přístrojů požadovaných v příloze č. 1 Zadávací dokumentace v období od 8.9.2008 do 7.9.2011. Splnění technického kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel předložením seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem ve výše uvedeném období s uvedením doby plnění, součástí dokladů prokazujících splnění kvalifikace musí být čestné prohlášení dodavatele potvrzující, že přístroje uvedené v seznamu významných dodávek dodal a že dodané přístroje měly parametry odpovídající nejméně parametrům přístrojů požadovaných v příloze č. 1,

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace (vyjma výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobné evidence) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě je dodavatel povinen Zadavateli předložit

- a) čestné prohlášení subdodavatele potvrzující, že subdodavatel není zapsán v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, a výpis zápisu subdodavatele v obchodním rejstříku či jiné obdobné evidenci a
- b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém dodavatel prokázal splnění kvalifikace prostřednictvím tohoto subdodavatele.

5. Podmínky, za kterých je možné nabídkovou cenu překročit

Překročení (nebo snížení) nabídkové ceny je možné pouze v případě, že v období mezi předložením nabídky a podpisem smlouvy na plnění dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena (= cena + DPH) upravena podle výše sazeb DPH platných v době podpisu smlouvy.

6. Informace o kvalifikaci

Zadavatel doporučuje, aby dodavatel předložil doklady o kvalifikaci ve formě souboru nazvaného „Informace o kvalifikaci“.

Informace o kvalifikaci musí být v plném rozsahu zpracována v písemné formě a v českém jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Zadavatel doporučuje, aby součástí Informace o kvalifikaci bylo Prohlášení dodavatele, přičemž Zadavatel doporučuje použít předlohy v příloze č. 3 Zadávací dokumentace. Prohlášení musí být podepsané dodavatelem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence nebo osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za dodavatele jednat, jejíž plná moc musí být součástí Informace o kvalifikaci. **Podpisem (podpisy) tohoto Prohlášení potvrdí dodavatel pravdivost, správnost, úplnost a závaznost všech údajů a svých tvrzení v Informaci o kvalifikaci.**

Další doklady prokazující splnění kvalifikace postačuje předložit v prosté (neověřené) kopii.

Zadavatel doporučuje, aby Informace o kvalifikaci byla členěna do oddílů, řazených v posloupnosti za sebou. Jednotlivé oddíly doporučuje Zadavatel oddělit dělicími listy barevně odlišnými od ostatních listů složky – tyto barevné listy nestránkujte.

Zadavatel doporučuje členit Informaci o kvalifikaci takto:

- oddíl 1 - Formulář Krycího listu Informace o kvalifikaci a Prohlášení dodavatele
- oddíl 2 - Základní kvalifikační předpoklady
 - čestné prohlášení (není-li obsaženo již v Prohlášení dodavatele v oddílu 1)

- oddíl 3 - Profesní kvalifikační předpoklady
 - výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence
 - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění či licenci
- oddíl 4 – Technické kvalifikační předpoklady
 - seznam významných zakázek za poslední tři roky
 - čestné prohlášení dodavatele potvrzující, že přístroje uvedené v seznamu významných dodávek dodal a že dodané přístroje měly parametry odpovídající nejméně parametrům přístrojů požadovaných v příloze č. 1 (není-li obsaženo již v Prohlášení dodavatele v oddílu 1)

Zadavatel doporučuje, aby

- všechny listy vyjma barevných oddělovacích listů byly v pravém dolním rohu každého listu očíslovány souvislou číselnou řadou vzestupně od čísla 1
- vyhotovení Informace o kvalifikaci bylo zabezpečeno proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním pevným provázkem, jehož volný konec bude opatřen přelepením na poslední straně složky (toto přelepení bude opatřeno razítkem či podpisem dodavatele)

Informace o kvalifikaci musí být předložena v nejméně jednom listinném vyhotovení; Zadavatel prosí o předložení Informace o kvalifikaci i v jednom vyhotovení elektronickém (CD či DVD se soubory v pdf formátu), nevyhovění této prosbě však nemůže být považováno za nesplnění zadávacích podmínek. Zadavatel doporučuje, aby listinné vyhotovení Informace o kvalifikaci bylo společně s případným elektronickým vyhotovením Informace o kvalifikaci vloženo do obalu (dále jen „**Obálka K**“), který bude uzavřen a na všech uzavřeních opatřen přelepením. Zadavatel doporučuje, aby všechna přelepení byla opatřena razítkem nebo podpisem dodavatele nebo podpisem osoby/osob oprávněné/oprávněných za dodavatele jednat. Obálku K doporučuje zadavatel označit **sídlem dodavatele, názvem veřejné zakázky a nápisem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU „UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE – CENTRIFUGY“ – INFORMACE O KVALIFIKACI“**.

7. Nabídka

Pod pojmem „**nabídka**“ se rozumí návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče **Podpisem (podpisy) návrhu smlouvy potvrdí uchazeč pravdivost, správnost, úplnost a závaznost všech údajů a svých tvrzení v nabídce včetně údajů uvedených v krycím listu nabídky.**

Zadavatel požaduje, aby pro zpracování návrhu smlouvy použil uchazeč předlohu návrhu smlouvy uvedenou v příloze č. 4 Zadávací dokumentace, kterou na vyznačených místech (identifikace uchazeče, cena) vyplní požadovanými údaji a doplní ji o:

- přílohu č. 1 - Podrobná technická specifikace
- přílohu č. 2 - Kupní cena - položkový rozpočet
- případně o přílohu č. 3 – Smlouva o sdružení, podává-li nabídku více osob společně.

Nabídková cena musí být uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu + DPH. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících.

Zadavatel doporučuje, aby

- o všechny listy nabídky vyjma barevných oddělovacích listů byly v pravém dolním rohu každého listu očíslovány souvislou číselnou řadou vzestupně od čísla 1
- o vyhotovení nabídky bylo zabezpečeno proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním pevným provázkem, jehož volný konec bude opatřen přelepením na poslední straně složky (toto přelepení bude opatřeno razítkem či podpisem uchazeče)
- o nabídka byla předložena v originálu a jedné kopii. V případě rozporu mezi originálem nabídky a kopií nabídky platí originál nabídky.

Nabídka musí být předložena v nejméně jednom listinném vyhotovení; Zadavatel prosí o předložení nabídky i v jednom vyhotovení elektronickém (CD či DVD se soubory v pdf formátu), nevyhovění této prosbě však nemůže být považováno za nesplnění zadávacích podmínek. listinné vyhotovení nabídky (a elektronické vyhotovení nabídky, vyhoví-li uchazeč prosbě dodavatele o jeho předání) musí být vloženy do jednoho společného obalu (dále jen „obálka N“), který musí být uzavřen a na všech uzavřeních opatřen přelepením. Všechna přelepení doporučuje Zadavatel opatřit razítkem uchazeče nebo podpisem uchazeče nebo podpisem osoby/osob oprávněné/oprávněných za uchazeče jednat. Obálka N musí být označena **adresou, na niž je možno zaslat vyrozumění o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, názvem veřejné zakázky a nápisem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU „UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE – CENTRIFUGY“ – NABÍDKA“**.

8. Předložení Informace o kvalifikaci a podání nabídky

Zadavatel požaduje předložení Informace o kvalifikaci a podání nabídky v listinné podobě nejpozději do 7.9.2011 do 12.00 hod. na podatelnu Rektorátu Masarykovy univerzity, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno.

9. Výběr nejvhodnější nabídky

Hodnotící kritéria pro nabídky na plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou uvedena v příloze 1 zadávací dokumentace.

10. Ostatní podmínky

Je-li dodavatel schopen nabídnout více typů zařízení splňujících požadavky zadávací dokumentace (včetně zařízení různých výrobců), má možnost podat variantní nabídku s uvedením nabídkových cen pro jednotlivé typy zařízení. V takovém případě zpracuje uchazeč přílohu č. 1 Podrobná technická specifikace a přílohu č. 2 Kupní cena - položkový rozpočet návrhu smlouvy ve variantách odpovídajících nabízenému typu zařízení. Do hodnocení nabídek v tomto případě zahrne zadavatel všechny varianty nabídky vyhovující zadávací dokumentaci.

Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít na základě podané nabídky kupní smlouvu pouze na část nabízených přístrojů. V tomto případě bude smluvní cena stanovena na základě cen jednotlivých přístrojů zahrnutých do předmětu plnění v kupní smlouvě, které dodavatel uvede v příloze č. 2 návrhu smlouvy „Kupní cena - položkový rozpočet“.

Zadavatel je oprávněn zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu kdykoli do doby uzavření smlouvy.

11. Přílohy zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – technické podmínky

Příloha č. 2 – obchodní podmínky

Příloha č. 3 – formulář Krycího list Informace o kvalifikaci a Prohlášení dodavatele

Příloha č. 4 – formulář Prohlášení a předloha návrhu smlouvy

V Brně 31.8.2011

Ing. Jiří Richter
pověřen vedením odboru veřejných zakázek

Příloha č. 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

veřejné zakázky malého rozsahu

„Univerzitní kampus Bohunice - centrifugy“

Technické podmínky

Příloha č. 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

veřejné zakázky malého rozsahu

„Univerzitní kampus Bohunice - centrifugy“

Technické podmínky a hodnotící kritéria

Příloha č. 1.1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

veřejné zakázky
„Univerzitní kampus Bohunice - centrifugy“

Technické podmínky a hodnotící kritéria

pro plnění části 1 veřejné zakázky

„Centrifuga chlazená“

Centrifuga chlazená

Centrifuga chlazená

Je požadována dodávka zařízení pro účinné zahušťování vzorků v molekulárně biologických laboratořích. Zařízení bude využíváno k vědecko-výzkumným pracím a výuce studentů (včetně postgraduálních).

Technické požadavky na zařízení:

- o centrifuga s možností chlazení vzorků
- o maximální otáčky nejméně 15 000 ot/min nebo 21 300 g
- o automatická identifikace rotorů
- o automatický přepočet otáček na RFC
- o možnost nastavení teploty v rozpětí nejméně -20 až + 40 °C
- o nejméně 7 rychlostí rozběhu a brzdění
- o paměť na nejméně 10 programů
- o blokování víka během centrifugace
- o rotor úhlový pro nejméně 30 x 1,5/2,0 zkumavek, nejméně 21 255 x g RCF
- o adaptér pro 0,2 a 0,4 ml zkumavky

Hodnotící kritéria:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této části veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčími hodnotícími kritérii jsou

- | | |
|---|-------|
| o nabídková kupní cena (včetně DPH) | 90 % |
| o technické parametry nad rámec požadovaný poptávkou | |
| ▪ kapacita úhlového rotoru pro zkumavky 1,5/2,0, nejméně 21 255 x g RCF | 10 % |
| celkem | 100 % |

Podle dílčího hodnotícího kritéria „nabídková kupní cena (včetně DPH)“ budou nabídky hodnoceny tak, že nabídka s nejnižší nabídkovou kupní cenou (včetně DPH) bude hodnocena 100 body. Ostatní nabídky budou hodnoceny bodovou hodnotou stanovenou výpočtem podle vzorce

$$H_1 = 100 \cdot KC_{\min} / KC_n,$$

kde $KC_{\min}$ je kupní cena (včetně DPH) nabízená nabídkou s nejnižší kupní cenou (včetně DPH) a KC_n je kupní cena (včetně DPH) nabízená hodnocenou nabídkou.

Podle dílčího hodnotícího kritéria „kapacita úhlového rotoru pro zkumavky 1,5/2,0, nejméně 21 255 x g RCF“ budou nabídky hodnoceny tak, že hodnotou 0 bodů budou hodnoceny nabídky zařízení s rotorem o kapacitě úhlového rotoru pro zkumavky 1,5/2,0 rovné požadavku Technických podmínek (30 ks), hodnotou 100 bodů budou hodnoceny nabídky zařízení s rotorem o kapacitě úhlového rotoru pro zkumavky 1,5/2,0 rovné 60 ks nebo vyšší. Nabídky zařízení s rotorem o kapacitě úhlového rotoru pro zkumavky 1,5/2,0 mezi 30 a 60 ks budou hodnoceny bodovou hodnotou stanovenou výpočtem podle vzorce

$$H_2 = 100 \cdot (KC_n - 30) / (60 - 30),$$

kde KC_n je kapacita úhlového rotoru rotoru pro zkumavky 1,5/2,0 u nabízeného zařízení.

Celkový počet bodů získaných při hodnocení nabídky bude stanoven jako součet součinů počtu bodů získaných v hodnocení podle jednotlivých dílčích kritérií a vah jednotlivých dílčích kritérií, tj.

$$H = 0,90 \cdot H_1 + 0,10 \cdot H_2$$

Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů získaných při hodnocení nabídky určeným postupem dle předcházející věty.

Příloha č. 1.2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

veřejné zakázky
„Univerzitní kampus Bohunice - centrifugy“

Technické podmínky a hodnotící kritéria
pro plnění části 2 veřejné zakázky
„Stolní chlazená centrifuga“

Stolní chlazená centrifuga

Stolní chlazená centrifuga s příslušenstvím

Je požadována stolní centrifuga udržující nastavenou teplotu určená ke sklizení bakteriálních kultur v kyvetách i mikrotitračních destičkách a stáčení buněčného extraktu při purifikaci proteinů.... Zařízení bude využíváno k vědecko-výzkumným pracím a výuce studentů (včetně postgraduálních).

Technické požadavky na zařízení:

- o stolní centrifuga s LCD displejem a zobrazením všech dostupných rotorů a jejich technických parametrů v menu
- o max. otáčky nejméně 15 000 rpm, automatický přepočet otáček na RFC
- o teplotní rozsah: nejméně -20°C – +40°C
- o parametry při nastavování navýšitelné neméně po 100 rpm, 10 g a 1 °C
- o min. kapacita v úhlových rotorech: cca 100x1.5 ml mikrozkušavek/ cca 24x15 ml zkumavek/ 8x50 ml zkumavek/ 6x500 ml zkumavek
- o možné předchlazení i předehřátí centrifugy
- o chladicí tekutina bez CFC
- o příslušenství:
 - úhlový rotor pro nejméně 6 x 500 ml centrifugačních lahví (max. otáčky cca 9000 rpm)
 - úhlový rotor s víkem pro nejméně 8 x 50 ml centrifugačních lahví (max. otáčky cca 14000 rpm)
 - výkyvný rotor pro mikrotitrační destičky (včetně držáků, pro cca 8 běžných destiček, max. otáčky cca 5500 rpm)
 - skříňka na uschování rotorů (rozměrově a nosností přiměřenou k nabízenému zařízení tak, aby na ni mohlo být zařízení umístěno, dále sloužící k úschově rotorů a příslušenství k centrifuze)
 - 6 PPCO lahví o objemu cca 500 ml
 - 6 PPCO lahví o objemu cca 50 ml

Hodnotící kritéria:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této části veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčími hodnotícími kritérii jsou

- | | |
|--|-------|
| o nabídková kupní cena (včetně DPH) | 70 % |
| o technické parametry nad rámec požadovaný poptávkou | |
| ▪ kapacita úhlového rotoru | 10 % |
| ▪ kapacita úhlového rotoru s víkem | 10 % |
| ▪ kapacita výkyvného rotoru pro mikrotitrační destičky | 10 % |
| celkem | 100 % |

Podle dílčího hodnotícího kritéria „nabídková kupní cena (včetně DPH)“ budou nabídky hodnoceny tak, že nabídka s nejnižší nabídkovou kupní cenou (včetně DPH) bude hodnocena 100 body. Ostatní nabídky budou hodnoceny bodovou hodnotou stanovenou výpočtem podle vzorce

$$H_1 = 100 \cdot KC_{\min} / KC_n,$$

kde $KC_{\min}$ je kupní cena (včetně DPH) nabízená nabídkou s nejnižší kupní cenou (včetně DPH) a KC_n je kupní cena (včetně DPH) nabízená hodnocenou nabídkou.

Podle dílčího hodnotícího kritéria „kapacita úhlového rotoru“ budou nabídky hodnoceny tak, že hodnotou 0 bodů budou hodnoceny nabídky zařízení s úhlovým rotorem o kapacitě pro centrifugační lahve 500 ml (max. otáčky cca 9000 rpm) rovné požadavku Technických podmínek (6x500 ml), hodnotou 100 bodů budou hodnoceny nabídky zařízení s úhlovým rotorem o kapacitě pro centrifugační lahve 500 ml (max. otáčky cca 9000 rpm) rovné 12x500 ml nebo vyšší. Nabídky zařízení s úhlovým rotorem o kapacitě úhlového rotoru pro centrifugační lahve 500 ml (max. otáčky cca 9000 rpm) mezi 6 a 12 ks budou hodnoceny bodovou hodnotou stanovenou výpočtem podle vzorce

$$H_2 = 100 \cdot (KUR_n - 6) / (12 - 6),$$

kde KUR_n je kapacita úhlového rotoru rotoru pro centrifugační lahve 500 ml (max. otáčky cca 9000 rpm) u nabízeného zařízení.

Podle dílčího hodnotícího kritéria „kapacita úhlového rotoru s víkem“ budou nabídky hodnoceny tak, že hodnotou 0 bodů budou hodnoceny nabídky zařízení s úhlovým rotorem s víkem pro centrifugační lahve 50 ml (max. otáčky cca 14000 rpm) o kapacitě rovné požadavku Technických podmínek (8x50 ml), hodnotou 100 bodů budou hodnoceny nabídky zařízení s rotorem o kapacitě pro centrifugační lahve 50 ml (max. otáčky cca 14000 rpm) rovné 16x50 ml nebo vyšší. Nabídky zařízení s rotorem o kapacitě úhlového rotoru pro centrifugační lahve 50 ml (max. otáčky cca 14000 rpm) mezi 8 a 16 ks budou hodnoceny bodovou hodnotou stanovenou výpočtem podle vzorce

$$H_3 = 100 \cdot (KURV_n - 8) / (16 - 8),$$

kde $KURV_n$ je kapacita úhlového rotoru rotoru s víkem pro centrifugační lahve 50 ml (max. otáčky cca 14000 rpm) u nabízeného zařízení.

Podle dílčího hodnotícího kritéria „kapacita výkyvného rotoru pro mikrotitrační destičky“ budou nabídky hodnoceny tak, že hodnotou 0 bodů budou hodnoceny nabídky zařízení s výkyvným rotorem pro mikrotitrační destičky (max. otáčky cca 5500 rpm) o kapacitě rovné požadavku Technických podmínek (8 destiček), hodnotou 100 bodů budou hodnoceny nabídky zařízení s výkyvným rotorem pro mikrotitrační destičky (max. otáčky cca 5500 rpm) o kapacitě rovné 16 destičkám nebo vyšší. Nabídky zařízení s výkyvným rotorem pro mikrotitrační destičky (max. otáčky cca 5500 rpm) o kapacitě mezi 8 a 16 destičkami budou hodnoceny bodovou hodnotou stanovenou výpočtem podle vzorce

$$H_4 = 100 \cdot (KVR_n - 8) / (16 - 8),$$

kde KVR_n je kapacita výkyvného rotoru pro mikrotitrační destičky (max. otáčky cca 5500 rpm) u nabízeného zařízení.

Celkový počet bodů získaných při hodnocení nabídky bude stanoven jako součet součinů počtu bodů získaných v hodnocení podle jednotlivých dílčích kritérií a vah jednotlivých dílčích kritérií, tj.

$$H = 0,70 \cdot H_1 + 0,10 \cdot H_2 + 0,10 \cdot H_3 + 0,10 \cdot H_4$$

Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů získaných při hodnocení nabídky určeným postupem dle předcházející věty.

Příloha č. 1.3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

veřejné zakázky
„Univerzitní kampus Bohunice - centrifugy“

Technické podmínky a hodnotící kritéria
pro plnění části 3 veřejné zakázky
„Rotory ke stávajícím centrifugám“

Rotory ke stávajícím centrifugám

Rotory jsou požadovány z důvodu optimálního využití stávající centrifugy a rozšíření možností prováděných experimentálních prací.

Úhlový rotor k ultracentrifuze Beckman Avanti

Technické požadavky na zařízení:

- o **kompatibilita s ultracentrifugou Avanti J-26 XPI**
- o typ rotoru: úhlový rotor
- o objem nejméně 6× 250 ml
- o maximální otáčky nejméně 16 000/min, 38 500 ×g
- o příslušenství: Biosafety Lid

Velkoobjemový fixed angle rotor k ultracentrifuze Beckman Avanti

Technické požadavky na zařízení:

- o **kompatibilita s ultracentrifugou Avanti J-26 XPI**
- o typ rotoru: Fixed Angle Rotor I
- o objem: nejméně 6x500 ml
- o maximální otáčky: nejméně 10 000/min, 17 700 x g
- o příslušenství: Bottle assembly, Polycarbonate, 500 ml, 69x160

Vysokootáčkový fixed angle rotor k ultracentrifuze Beckman Avanti

Technické požadavky na zařízení:

- o **kompatibilita s ultracentrifugou Avanti J-26 XPI**
- o typ rotoru: Fixed Angle Rotor with Biosafety Lid – úhlový rotor do centrifugy Beckman Avanti J-26 XPI
- o maximální otáčky: nejméně 25 000/min, 74 200 ×g
- o objem nejméně 24 x 15 ml
- o příslušenství: Biosafety Lid

Hodnotící kritéria:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této části veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčími hodnotícími kritérii jsou

o nabídková kupní cena (včetně DPH)	70 %
o technické parametry nad rámec požadovaný poptávkou	
▪ kapacita úhlového rotoru	10 %
▪ kapacita velkoobjemového fixed angle rotoru	10 %
▪ kapacita vysokootáčkového fixed angle rotoru	10 %
celkem	100 %

Podle dílčího hodnotícího kritéria „nabídková kupní cena (včetně DPH)“ budou nabídky hodnoceny tak, že nabídka s nejnižší nabídkovou kupní cenou (včetně DPH) bude hodnocena 100 body. Ostatní nabídky budou hodnoceny bodovou hodnotou stanovenou výpočtem podle vzorce

$$H_1 = 100 \cdot KC_{\min} / KC_n,$$

kde $KC_{\min}$ je kupní cena (včetně DPH) nabízená nabídkou s nejnižší kupní cenou (včetně DPH) a KC_n je kupní cena /včetně DPH/ nabízená hodnocenou nabídkou.

Podle dílčího hodnotícího kritéria „kapacita úhlového rotoru“ budou nabídky hodnoceny tak, že hodnotou 0 bodů budou hodnoceny nabídky úhlového rotoru o kapacitě rovné požadavku Technických podmínek (6x250 ml), hodnotou 100 bodů budou hodnoceny nabídky úhlového rotoru o kapacitě 12x250 ml nebo vyšší. Nabídky úhlového rotoru o kapacitě mezi 6x250 ml a 12x250 ml budou hodnoceny bodovou hodnotou stanovenou výpočtem podle vzorce

$$H_2 = 100 \cdot (KUR_n - 6) / (12 - 6),$$

kde KUR_n je kapacita nabízeného úhlového rotoru.

Podle dílčího hodnotícího kritéria „kapacita velkoobjemového fixed angle rotoru“ budou nabídky hodnoceny tak, že hodnotou 0 bodů budou hodnoceny nabídky velkoobjemového fixed angle rotoru o kapacitě rovné požadavku Technických podmínek (6x500 ml), hodnotou 100 bodů budou hodnoceny nabídky velkoobjemového fixed angle rotoru o kapacitě 12x500 ml nebo vyšší. Nabídky velkoobjemového fixed angle rotoru o kapacitě mezi 6x500 ml a 12x500 ml budou hodnoceny bodovou hodnotou stanovenou výpočtem podle vzorce

$$H_3 = 100 \cdot (KVFA_n - 6) / (12 - 6),$$

kde $KVFA_n$ je kapacita nabízeného velkoobjemového fixed angle rotoru.

Podle dílčího hodnotícího kritéria „kapacita vysokootáčkového fixed angle rotoru“ budou nabídky hodnoceny tak, že hodnotou 0 bodů budou hodnoceny nabídky vysokootáčkového fixed angle rotoru o kapacitě rovné požadavku Technických podmínek (24x15 ml), hodnotou 100 bodů budou hodnoceny nabídky vysokootáčkového fixed angle rotoru o kapacitě 48x15 ml nebo vyšší. Nabídky vysokootáčkového fixed angle rotoru o kapacitě mezi 24x15 ml a 48x15 ml budou hodnoceny bodovou hodnotou stanovenou výpočtem podle vzorce

$$H_4 = 100 \cdot (KOFAR_n - 24) / (48 - 24),$$

kde $KOFAR_n$ je kapacita nabízeného vysokootáčkového fixed angle rotoru.

Celkový počet bodů získaných při hodnocení nabídky bude stanoven jako součet součinů počtu bodů získaných v hodnocení podle jednotlivých dílčích kritérií a vah jednotlivých dílčích kritérií, tj.

$$H = 0,70 \cdot H_1 + 0,10 \cdot H_2 + 0,10 \cdot H_3 + 0,10 \cdot H_4$$

Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů získaných při hodnocení nabídky určeným postupem dle předcházející věty.

Příloha č. 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

veřejné zakázky malého rozsahu

„Univerzitní kampus Bohunice - centrifugy“

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky jsou definovány v předloze návrhu kupní smlouvy (viz příloha č. 4 zadávací dokumentace).
Obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky stanovené tímto dokumentem musí být uchazečem v nabídce respektovány.

Zadavatel doporučuje uchazečům využít pro zpracování nabídky předlohu návrhu kupní smlouvy, tj. na vyznačených místech předlohu doplnit o požadované údaje (identifikační údaje, Kupní cena), přiložit k ní všechny přílohy (tj. Podrobná technická specifikace dodávky, Kupní cena - položkový rozpočet, Časový plán dodávky) a podepsat dokument způsobem stanoveným ve výpisu z Obchodního rejstříku. Zadavatel doporučuje parafovat všechny strany dokumentu včetně příloh.

Příloha č. 3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

veřejné zakázky malého rozsahu

„Univerzitní kampus Bohunice - centrifugy“

Formulář Krycího listu Informace o kvalifikaci a Prohlášení
dodavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu
„Univerzitní kampus Bohunice - centrifugy“

INFORMACE O KVALIFIKACI

Zadavatel:

Masarykova univerzita,

veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku

Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

Dodavatel:

Obchodní firma dodavatele:

IČ:

Sídlo dodavatele:

Zapsán v obchodním rejstříku:

Veřejná zakázka malého rozsahu „Univerzitní kampus Bohunice - centrifugy“

Prohlášení

Společnost

se sídlem

IČ ,

zapsaná v obchodním rejstříku u ,

která se podáním nabídky hodlá ucházet o část ☐ část 2 ☐ část 3 ☐ veřejné zakázky „Univerzitní kampus Bohunice - centrifugy“ ,

předkládá

tuto Informaci o kvalifikaci dle zadávacích podmínek obsažených ve Výzvě k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu a dle pokynů obsažených v Zadávací dokumentaci,

a čestně a pravdivě prohlašuje, že:

1. se před předložením Informace o kvalifikaci podrobně seznámila se Zadávací dokumentací včetně všech jejích příloh,
2. při zpracování Informace o kvalifikaci přihlédla ke všem těmto informacím a okolnostem významným pro prokázání kvalifikace,
3. žádný člen jejího statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

žádný člen jejího statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

nenaplnila v posledních třech letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

vůči jejímu majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

není v likvidaci,

nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla a místa podnikání,

nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla a místa podnikání,

nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla a místa podnikání,

není vedena v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

4. v termínech uvedených v seznamu významných dodávek dodala všechny přístroje v tomto seznamu uvedené a že přístroje uvedené v seznamu významných zakázek měly parametry nejméně shodné nebo lepší než jsou parametry přístrojů požadovaných zadavatelem v této veřejné zakázce,
5. zmocněnou kontaktní osobou dodavatele k projednání otázek souvisejících s Informací o kvalifikaci je ,
tel. , e-mail ,
6. podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnost a závaznost veškerých dokumentů uvedených v této Informaci o kvalifikaci
7. předkládaná Informace o kvalifikaci obsahuje celkem číslovaných listů vyjma oddělovacích barevných listů,

V dne

.....
Jméno, příjmení, funkce a podpis dodavatele
v souladu s výpisem z OR či jiné obdobné evidence nebo
osoby oprávněné jednat za dodavatele

Poznámky : *Uchazeč, který je fyzickou osobou, přizpůsobí obsah prohlášení požadavkům zadavatele na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče - fyzické osoby.*

Uchazeč, který je zahraničním dodavatelem, přizpůsobí obsah prohlášení přizpůsobí požadavkům zadavatele na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče - zahraničního dodavatele.

Příloha č. 4

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

veřejné zakázky malého rozsahu

„Univerzitní kampus Bohunice - centrifugy“

Předloha návrhu smlouvy

Veřejná zakázka malého rozsahu
„Univerzitní kampus Bohunice - centrifugy“
část

NABÍDKA

Zadavatel:
Masarykova univerzita,
veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku
Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno
IČ: 00216224

Uchazeč:
IČ:

Sídlo uchazeče:

Zapsán v obchodním rejstříku:

Veřejná zakázka malého rozsahu „Univerzitní kampus Bohunice - centrifugy“ – část

Společnost

se sídlem

IČ ,

zapsaná v obchodním rejstříku u ,

kteřá je uchazečem o veřejnou zakázku „Univerzitní kampus Bohunice - centrifugy“, část

předkládá

tímto nabídku zpracovanou dle zadávacích podmínek obsažených ve Výzvě k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu a dle pokynů obsažených v Zadávací dokumentaci,

a čestně a pravdivě prohlašuje, že:

1. se před podáním nabídky podrobně seznámila se Zadávací dokumentací včetně všech jejích příloh,
2. při zpracování nabídky přihlédla ke všem těmto informacím a okolnostem významným pro plnění této veřejné zakázky
3. je vázána celým obsahem nabídky po celou dobu během zadávací lhůty, která začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí 30.9.2011,
4. zmocněnou kontaktní osobou dodavatele k projednání otázek souvisejících s nabídkou je
, tel. , e-mail ,
5. předložená nabídka obsahuje celkem (slovy) číslovaných listů,
6. podpisem návrhu smlouvy potvrzuje i platnost a závaznost tohoto prohlášení.