



MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA

Brno, 5. září 2011
Č. j. MU/52115/2011/LF

Veřejná zakázka:

„**Mechanické laboratorní přístroje pro Lékařskou fakultu MU**“ – dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.4 pro část č.1 veřejné zakázky

Vážená paní, vážený pane,

Masarykova univerzita, veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku, se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno (dále jen "**zadavatel**"), si dovoluje na základě žádosti o dodatečné informace dle §49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vydat tuto dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám pro části I veřejné zakázky:

Pro část I Centrifuga chlazená

Otázky k části I) – centrifuga

Otázka č.1

Pro úhlové rotory jsou uvedeny pouze minimálně požadované otáčky. Tento údaj však nemá žádnou informační hodnotu neboť výsledná centrifugační síla je závislá na poloměru daného rotoru. Při obvyklých poloměrech rotorů 90 až 100 mm se tento údaj (RCF) pohybuje od 8 000 do 11 000 x g. Můžete prosím pro každý úhlový rotor uvést hodnotu požadované RCF a hodnotit tuto a nikoliv otáčky?

Otázka č.2

Některé úhlové rotory umožňují jak centrifugaci 50ml tak i 15ml zkumavek v požadovaném počtu. V zadání by dle našeho názoru měla být možnost řešení touto cestou, při zachování počtů zkumavek a hodnot RCF, doplněna.

Odpověď na otázku č.1:

Zadavatel se rozhodl upravit technickou specifikaci přístroje uvedenou příloze C zadávací dokumentace:


Rotory úhlové - kapacita (včetně adaptérů):

- min. 4-6 x 50 ml (RPM = min. 9000 ot/min, RCF = min. 8000g)
- min. 12 zkumavek (15 ml , 17 x 120) (RPM = min. 10000 ot/min, RCF = min. 15000 g)
- min. 24x1,5 ml (RPM = min. 15000 ot/min, RCF = min. 20000g)

Odpověď na otázku č.2:

Řešení navržené v otázce považuje zadavatel za možné a přípustné.

Současně se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek pro část č.1 veřejné zakázky. Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 5. 9. 2011 do 10:00 hod. se prodlužuje **do 12. 9. 2011 do 10:00 hod. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 12.9. 2011 ve 13:00 hod.** na kontaktní adrese zadavatele, na kontaktní adrese zadavatele, tj. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity,





budova A17, Kamenice 5, 625 00 Brno, v místnosti 305.

Ostatní zadávací podmínky pro část 1 veřejné zakázky zůstávají nezměněny.

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU

